

# 合肥市肥东县生态环境监测站迁址改造项目更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：2025ADDHZ00090

原公告的采购项目名称：合肥市肥东县生态环境监测站迁址改造项目

首次公告日期：2025 年 06 月 18 日

## 二、更正信息

更正事项：☒ 采购公告 ☒ 采购文件 ☐ 采购结果

更正内容：1、获取招标文件截止时间更正为：2025 年 07 月 17 日 09:00 时

2、提交（上传）投标文件截止时间（开标时间）更正为：2025 年 07 月 17 日 09:00 时

3、提交（上传）投标文件地点（开标地点）更正为：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四楼 C 区 4 楼 5 号开标室

4、招标文件第三章采购需求中第 29 项排风系统的第 8 条带星号环保节能要求：不低于一级能效。根据 GB 19761-2009 通风机能效限定值及能效等级计算，本次项目的风量和风压均较小，一级能效达不到。无法满足此项要求。

回复：招标文件第三章采购需求第 29 项“排风系统”中环保节能要求变更为：不低于二级能效。

5、第 7 条制作工艺需要达到以下检测要求：A、弯曲强度，试验速度：2m/min 检测，符合平均值 523mpa 离散系数 $\geq 4.0\%$ 要求。B、弯曲模量，试验速度：2mm/min 检测，符合平均值  $2.05 \times 10^4$ ，离散系数

≥2.3%要求。C、树脂不可溶分含量，检测符合平均值 98.6%，离散系数 0.51%要求。数据过于细节一般无法检测。无法提供证明文件。

回复：招标文件第三章采购需求中第 29 项排风系统中第七条技术参数变更为：“7、★风机主件（机壳及叶轮）材料：防腐等级不低于 WF2 认证要求。风机主要材料要求为防腐阻燃玻璃钢材质，风机叶轮，外壳采用乙烯基树脂制作。”

6、招标文件第三章采购需求中第 46 页纯水设备第 47 页废水处理设备这些带圈标的技术参数在第 60 页中评分细则需要标后提供带有具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告但这些参数如远程控制、PLC 编程控制、触摸屏等功能无法在检测报告中体现是否可以通过彩页或者软件证书等证明？以及招标文件第三章采购需求中第 46 页纯水设备第 47 页废水处理设备相关参数的疑问。

回复：招标文件第四章评标方法和标准（综合评分法）中“技术参数响应”评分细则变更为：“（1）货物需求中每有一项标注★号参数完全满足或优于招标文件要求的，得 1 分，共 15 项，本小项满分 15 分。（2）货物需求中每有一项标注●号参数完全满足或优于招标文件要求的，得 2 分，共 10 项，本小项满分 20 分。注：投标文件中无须提供相关证明材料，以“第六章投标文件格式”“六、投标响应表”的“6.2 技术响应表”作为评审依据，合同执行时提供符合采购文件要求的：具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告、产品彩页、产品官网功能截图、技术白皮书、功能界面截图等其中任一证明材料供采购人核查。”

更正日期：2025年07月02日

### 三、其他补充事宜

1、招标文件第 55 页“四、其他要求”中的“（一）技术方案”和“（二）项目服务要求”均为中标后考虑及实施的项目，投标时如何响应，是否提供相关承诺书即可？

回复：相关要求属于项目配套的服务内容，可在供货安装（调试）方案中进行响应。

2、招标文件第 57 页“（二）项目服务要求”中的“深化设计服务”、“搬迁服务”、“辅助实验室资质认证服务”费用是包含在“投标分项报价表”其他子目中，还是在“投标分项报价表”中单独列项？

回复：上述费用在“投标分项报价表”“其他费用”中列明即可。

3、货物需求中“中央台”台面需求性能参数中： 2.1、★化学性能：对盐酸 37%、氢氟酸 40%、硫酸 98%、硝酸 65%、氢氧化钠 40%、二氯乙酸、甲酸 88%、乙酸 99%、异丙醚、丙酮、甲酚红-乙醇（0.1%）等至少 52 种强酸强碱化学试剂分级检验，结果 $\geq 5$  级；2.2、★物理性能：表面耐磨性能 $\geq 1080r$ 、 $\geq 4$  级，密度 $\geq 1.42g/cm^3$ ，耐污染性能 $\geq 5$  级、耐干热 $\geq 5$  级、耐湿热性能 $\geq 5$  级、耐沸水 $\geq 5$  级，耐划痕（金刚石划痕） $\geq 4$  级、耐辐射热 $\geq 280$ ，抗拉强度 $\geq 120 MPa$ （纵向）、 $\geq 99 MPa$ （横向），弯曲弹性模量 $\geq 11500Mpa$ ；静曲强度 $\geq 160 MPa$ 、弹性模量 $\geq 15000Mpa$ ，色差值 $\leq 0.18$ ，顺纹抗压强度 $\leq 180Mpa$ ；2.3、★环保性能：台面甲醛释放量 $< 0.012mg/m^3$ ；这些参数富美家能够满足，但是标前不提供资料，疑似有控标嫌疑。

回复：投标文件中无须提供相关证明材料，经核实，以上参数有多家品牌均能满足（如富美家、威盛亚、千思板等）。

4、招标文件第三章采购需求中第 29 项“废气处理设备技术要求”中：第 5 条：★性能要求：针对废气处理设备（活性炭），苯排放浓度 $\leq 1.9\text{mg}/\text{m}^3$ 、净化效率 $\geq 95\%$ ；甲苯排放浓度 $\leq 2.8\text{mg}/\text{m}^3$ 、净化效率 $\geq 92\%$ ；二甲苯排放浓度 $\leq 2.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、净化效率 $\geq 93\%$ ；非甲烷总烃（以碳计）排放浓度 $\leq 0.8\text{mg}/\text{m}^3$ 、净化效率 $\geq 93\%$ 。参数要求过于细节，联系相关品牌豪漂厂家能满足但无法提供证明文件。

回复：投标文件中无须提供相关证明材料。经核实，多家品牌均能满足相关要求，合同执行时提供符合采购文件要求的以下任一种证明材料：具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告、产品彩页、产品官网功能截图、技术白皮书、功能界面截图等供采购人核查即可。

采购文件中与本公告不一致的，以本公告为准，其他内容不变。给您带来不便，敬请谅解。

#### 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

采购人：合肥市肥东县生态环境分局

地 址：安徽省合肥市肥东县店埠镇塘杨路文广大厦 12 楼

联系方式：0551-67706642

##### 2. 采购代理机构信息

名 称：肥东县公共资源交易有限公司

地 址：合肥市肥东县店埠镇深秀路 2 号肥东政务服务中心四楼东北角

联系方式：0551-67758735

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：刘岳

电 话：0551-67758735